



10283
Сертифікація
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ «ОМЕГА»
CONFORMITY ASSESSMENT BODY «OMEGA»
СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

№ 3130

Серія СТ

Зареєстровано

в реєстрі ООВ за №

Registered at the Record of CAB under №

Термін дії з*

Term of validity is from

Сертифікат видано

Certificate is issued on

UA.TR.109.R.0117-24

30 квітня 2024 р.

«HIMSA II K/S»

(Lyngbyvej 28, 1. DK-2100 Copenhagen, Denmark/Данія)

Продукція

Production

Пристрій для налаштування слухових апаратів т.м. «Noahlink Wireless 2» моделі CPD-2

Відповідає

Comply with the requirements

- суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого Постановою КМ України від 24.05.2017 № 355;
- Узагальненим умовам застосування PI 24-3 (схвалені Рішенням НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 (станом на 25.08.2021).

Виробник

Manufacturer

«HIMSA II K/S»

(Lyngbyvej 28, 1. DK-2100 Copenhagen, Denmark/Данія)

Місце виробництва

Place of production

«VTech (Dongguan) Communications Limited»

(Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, China 523411/Китай)

Орган з оцінки

відповідності

Conformity assessment body

«ОМЕГА» ТОВ «ВЦ «ОМЕГА», ідентифікаційний номер UA.TR.109 за наказом Мінекономрозвитку від 16.03.2018 № 367.

Атестат про акредитацію НААУ від 21.04.2023 № 10283

(03035, м. Київ, пл. Солом'янська, 2, офіс 607, тел.: +38044 248 0411)

Підстава

The grounds

Звіт про оцінювання від 30.04.2024 № 0117-24

**Додаткова інформація/
обмеження**

Additional information / limitations

Основні параметри у сфері користування радіочастотним ресурсом та умови застосування наведені у додатках, які є невід'ємною частиною цього сертифікату.

* Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано та зазначені у додатку умови виконуються.

Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або обладнання, про що не було повідомлено та узгоджено з ООВ «ОМЕГА».

The certificate is valid till it's not cancelled and the conditions specified in the annex are fulfilled.

This certificate will not be valid if the manufacturer makes any changes or modifications to the technical documentation or equipment, which have not been notified to, and agreed with CAB «OMEGA».

Керівник органу з оцінки відповідності

Head of the conformity assessment body



Володимир МІТУСОВ

(ім'я прізвище)
(name surname)

ДОДАТОК

до сертифікату експертизи типу

ANNEX TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

№ 3130

Серія ДТ

До сертифікату № UA.TR.109.R.0117-24

To certificate №

Файл технічної документації «0117-24_Noahlink_Wireless_2_CPD-2_TD.zip»

The technical documentation file

Перелік документів: List of documents:	інструкція / user manual технічна специфікація / specification фотографії радіообладнання / product photos схеми вузлів та компонентів / block diagrams електричні схеми / schematic сертифікати та декларації виробника / certificates and declaration of manufacturer протоколи випробувань / test reports оцінка ризиків / risk assessment
--	--

Застосовані стандарти та інші технічні специфікації

Applied standards and other relevant technical specifications

Суттєві вимоги технічного регламенту Essential requirements of the technical regulation	Стандарти Standards	Протоколи випробувань та випробувальна лабораторія Test reports and test laboratory
П. 6 (захист здоров'я, безпека людей і домашніх тварин, захист власності) Item 6 (the protection of health and safety of persons and of domestic animals and the protection of property)	ДСТУ EN 62368-1:2017 (EN 62368-1:2014; AC:2015-05; AC:2015-02; AC:2015-11; AC:2017; A11:2017, IDT; IEC 62368-1:2014, MOD; Cor 1:2014; Cor 2:2015, IDT), ДСТУ EN 62479:2015 (EN 62479:2010, IDT)	№ 76170RSE.001 від 11.10.2023, № 76170RAN.001A1 від 14.12.2023, № 76170REM.001 від 19.09.2023, № 7617RRF.001 від 26.09.2023 «DEKRA Testing and Certification, S.A.U.» (Parque Tecnológico de Andalucía, c/ Severo Ochoa №2, 29590 Campanillas, Malaga, Espana/Iспанія)
П. 6 (відповідний рівень електромагнітної сумісності) Item 6 (an adequate level of electromagnetic compatibility)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 (2023-06)	
П. 7 (ефективне використання і підтримка ефективного використання радіочастотного ресурсу України у відповідній радіотехнології та уникання шкідливих завад) Item 7 (are both effectively uses and supports the efficient use of radio spectrum in order to avoid harmful interference)	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	
П. 8 (основні вимоги) Item 8 (essential requirements)	Радіообладнання, стосовно якого здійснюється експертиза на час складання цього сертифікату, у нормативно-правових актах центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра не визначено як таке, до якого стосуються вимоги підпунктів 1-9 пункту 8 Технічного регламенту радіообладнання	

Умови застосування радіообладнання

Conditions for the application of radioequipment

Експлуатація здійснюється на бездозвільній та безоплатній основі відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РО або ВП для їх експлуатації, які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646.

Керівник органу з оцінки відповідності

Head of the conformity assessment body



Stamp

(підпис)
(signature)

Володимир МИТУСОВ

(ім'я прізвище)
(name surname)

ДОДАТОК
(ЗАКІНЧЕННЯ)
до сертифікату експертизи типу
ANNEX TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (END)

№ 3130

Серія ДТ

До сертифікату № UA.TR.109.R.0117-24

To certificate №

Основні параметри у сфері користування радіочастотним ресурсом

General specifications in field of the efficient use of radio spectrum

Найменування параметру Name of the parameter	Опис параметру, значення або позначення Description of parameter, value or designation
Технічні характеристики в режимі IEEE 802.15.1 Specifications in IEEE 802.15.1	
Радіотехнологія Radio technology	Широкосмуговий радіодоступ Broadband radio access
Смуга радіочастот, МГц Frequency Range, MHz	2400 – 2483,5
Сітка (центральної) частот, МГц Grid (central) frequencies, MHz	1; 2
Еквівалентна ізотропно випромінювана потужність (ЕІВП), дБм (мВт) Equivalent Isotropically Radiated Power, dBm (mW)	9 (7,94)
Клас випромінювання Emission type	1M00FXW, 1M00FXD, 2M00FXW
Тип антени/Ga, дБі Antenna type/Gain, dBi	Інтегрована/3 Integrated
Версія програмного забезпечення SW version*	Test FW w HCI
Версія апаратної реалізації HW version	NLW2-PS

Склад та аксесуари обладнання:

Set of equipment (accessories):

- пристрій для налаштування слухових апаратів т.м. «Noahlink Wireless 2» моделі CPD-2.



Керівник органу з оцінки відповідності
Head of the conformity assessment body

Володимир МІТУСОВ
(ім'я прізвище)
(name surname)